



国家防爆

防爆电气设备

防爆合格证

编号: CNEx11.3288X

制造单位 富士电机株式会社东京事业部
(地址: 东京都日野市富士町1番地)

产品名称 隔爆型直插式氧化铅氧检测器

型号规格 ZFKERY35-0Y0YC-5J1C 电源 AC240V 230mA 50/60Hz

防爆标志 ExdIIBT4 Gb

产品标准 —

总装图号 TC305694

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设

记事 见附页。

本证有效期 2011年11月16日至2016年11月15日

颁发日期 2011年11月16日

中心主任




国家防爆电气产品质量监督检验中心



地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

9269 7564 3939 6270

查询方式: www.china-ex.com